

PRETENDENTIEM

Atklāts konkurss „Zobārstniecības iekārtu un aprīkojuma
iepirkums projektam „Bērnu mutes, sejas un žokļu ambulatorās
ķirurģijas un diagnostikas centra ar dienas
stacionāra izveide”” Nr. *RSU SI 2010/3*

Rīgā 29.04.2010. Nr. *RSU SI 2010/3/4-3/21*

Par uzdotajiem jautājumiem

SIA „RSU Stomatoloģijas institūts” Atklāta konkursa „Zobārstniecības iekārtu un aprīkojuma iepirkums projektam „Bērnu mutes, sejas un žokļu ambulatorās ķirurģijas un diagnostikas centra ar dienas stacionāra izveide”” tika saņemti iespējamā pretendenta jautājumi par Iepirkuma tehnisko specifikāciju. Iepirkumu komisija uz uzdotajiem jautājumiem sniedz sekojošas atbildes:

Jautājumi Nr. 1:

ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTA 309. kab.

	Punkta apraksts	Pretendenta jautājumi
17.	elektriskais mikromotors ar pievadu, fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu;	Ar oglītēm/bez oglītēm?
18.	elektriskais mikromotors ar pievadu un sterilā ūdens padevi;	Ar fibrooptiku / bez fibrooptikas?
19.	leņķa gals ar pazeminošo redukciju 20:1 min. ārējo dzesēšanu 1gab.;	Ar fibrooptiku / bez fibrooptikas?
20	taisnais gals ar ārējo dzesēšanu 1gab.;;	Ar fibrooptiku / bez fibrooptikas?

ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTA 310. Kab.

	Punkta apraksts	Pretendenta jautājumi
16.	elektriskais mikromotors ar pievadu, fibrooptiku un dzesēšanas regulēšanu;	Ar oglītēm/bez oglītēm?
17.	elektriskais mikromotors ar pievadu un sterilā ūdens padevi;	Ar fibrooptiku / bez fibrooptikas?
17.1.	leņķa gals ar pazeminošo redukciju (min. 20: 1 ar ārējo dzesēšanu) 1gab.;	Ar fibrooptiku / bez fibrooptikas?
18.	taisnais gals ar ārējo dzesēšanu 1gab.;	Ar fibrooptiku / bez fibrooptikas?
20.	pievads ar savienošanas elementu, sterilā ūdens padevi (skeileram);	Ar fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu / bez fibrooptikas un regulējamās dzesēšanas?

ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTA 313. kab. Nr.1

	Punkta apraksts	Pretendenta jautājumi
17.	elektriskais mikromotors ar pievadu;	Ar oglītēm/bez oglītēm?
18.	turbīnas pievads un savienojuma elements;	Ar fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu / bez fibrooptikas un regulējamās dzesēšanas?
19.	pievads ar savienošanas elementu skeileram;	Ar fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu / bez fibrooptikas un regulējamās dzesēšanas?

ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTAS 113., 115.(2) kab.;

	Punkta apraksts	Pretendenta jautājumi
17.	elektriskais mikromotors ar pievadu, fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu;	Ar oglītēm/bez oglītēm?
19.	pievads ar savienošanas elementu skeileram;	Ar fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu / bez fibrooptikas un regulējamās dzesēšanas?

ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTA 111. kab.

	Punkta apraksts	Pretendenta jautājumi
17.	elektriskais mikromotors ar pievadu, fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu;	Ar oglītēm/bez oglītēm?
19.	pievads ar savienošanas elementu skeileram;	Ar fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu / bez fibrooptikas un regulējamās dzesēšanas?

ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTA 313. kab. Nr.2

	Punkta apraksts	Pretendenta jautājumi
17.	elektriskais mikromotors ar pievadu.	Ar oglītēm/bez oglītēm?
18.	turbīnas pievads un savienojuma elements;	Ar fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu / bez fibrooptikas un regulējamās dzesēšanas?
19.	pievads ar savienošanas elementu skeileram;	Ar fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu / bez fibrooptikas un regulējamās dzesēšanas?
20.	pievads ar savienojošo elementu (gaisa abrazīvajam instrumentam);	Ar fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu / bez fibrooptikas un regulējamās dzesēšanas?

ZOBĀRSTNIECĪBAS IEKĀRTA 118. Kab.

	Punkta apraksts	Pretendenta jautājumi
17.	elektriskais mikromotors ar pievadu, fibrooptiku un	Ar oglītēm/bez oglītēm?

	regulējamu dzesēšanu;	
20.a.	Pievads ar savienošanas elementu skeileram vai gaisa abrazīvajam instrumentam;	Ar fibrooptiku un regulējamu dzesēšanu / bez fibrooptikas un regulējamas dzesēšanas?

Atbilde Nr. 1:

Pretendentiem piedāvājums jā sagatavo atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Jautājums Nr. 2

Datorkomplekts

Pretendenta jautājums

1.10.	USB porti	14	Vai „14” – ir drukas kļūda, vai tiešām ir vajadzīgi 14 USB porti?
-------	-----------	----	---

Atbilde Nr. 2:

Fiziski 6 porti uz mātes plates, vismaz 2 porti uz datora korpusa priekšējā paneļa. Ar mātes plates iespēju paplašināt portu skaitu par 6 vienībām.

Iepirkumu komisijas loceklis



Agnese Mediņa – Ziedone

R. Stepulāns
67441517

U. Rūtiņš
67455542